

令和3年1月吉日

地域連携機関 各位


医療法人社団 協友会
吉川中央総合病院
院長 水田 哲明

経腸栄養製品の誤接続防止コネクタ導入について

現在、新型コロナウイルス感染拡大により、皆様におかれましてはご苦労されていることと存じます。また、平素より格別の御高配をいただき、厚くお礼申し上げます。

先般、厚生労働省より「相互接続防止コネクタに係る国際規格 (ISO(IEC)80369 シリーズ) の導入について」が発出され、当院においては2月から誤接続防止コネクタの新規格製品へ切り替えの予定です。新規格製品へ変更後は、現行製品 (旧規格製品) との接続ができなくなるため、各ご施設・医療機関におかれましても新規格製品導入のご検討をお願い申し上げます。なお、移行期対策として、接続を可能にする変換コネクタが発売されておりますので、必要な場合はご準備をお願い致します。

製品の変更に際し、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



図：独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (PMDA) 引用

お問い合わせ先

吉川中央総合病院
医療安全管理室 細沼
048-982-8311 (代)